AKKREDITATSIYADAN O‘TKAZISH SOHASI

O'ZBEKISTON AKKREDITATSIYA MARKAZI
O'z DSt ISO/IEC 17025:2019
O'ZAK.KL.0023

“DAVTEST” mas’uyliyati cheklangan jamiyati
DAVLAT REYESTR RAQAMI: O‘ZAK.KL.0023
Akkreditatsiyadan o‘tkazish sohasining **2024-yil 29-yanvardagi 01-sonli** tahriri.
KALIBRLASH LABORATORIYASI
Akkreditatsiya standarti: O‘z DSt ISO/IEC 17025:2019

Yuridik manzil:
100117, Toshkent shahri, Chilonzor tumani, Diydor ko‘chasi, 71.
Joylashuvi, akkreditatsiya obyekti indeksi:
100117, Toshkent shahri, Chilonzor tumani, Diydor ko‘chasi, 71.

Telefon: (+998 93) 390-88-41.
Elektron pochta: davtest_test@mail.ru
Veb-sayt: www.davtest.com

№ t/r	Pozitziya kodi	O‘lchash turi kodi	O‘lchanadigan kattalik/Kalibrlash obyekti	Kalibrlash va o‘lchash imkoniyatlari		Kalibrlash usullarini (metodikasini) o‘rnatuvchi hujjatlar belgilanishi
				O‘lchash ko‘lami	Kengaytirilgan noaniqlik U (k=2)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	1	KL.7.01	Напряжение постоянного тока / Калибраторы, другие источники напряжения	от 1 mV до 100 mV св. 100 mV до 1 V св. 1 до 10 V св. 10 до 100 V св. 100 до 1000 V	18 µV/V + 0,42 µV 13 µV/V + 1,2 µV 11 µV/V + 5,9 µV 13 µV/V + 0,12 mV 16 µV/V + 2,3 mV	DT-CP-02:2023
2.	8	KL.7.01	Постоянный ток / Калибраторы, другие источники тока	от 1 µA до 100 µA св. 100 µA до 1 mA св. 1 до 10 mA св. 10 до 100 mA св. 100 mA до 1 A	93 µA/A + 1,2 nA 77 µA/A + 9,5 nA 77 µA/A + 95 nA 0,14 mA/A + 1,4 µA 0,22 mA/A + 25 µA	DT-CP-02:2023
3.	9	KL.7.02	Напряжение переменного тока / Калибраторы, другие источники напряжения	от 1 mV до 100 mV от 40 Hz до 2 kHz св. 2 до 20 kHz св. 20 до 100 kHz от 100 mV до 1 V от 40 Hz до 20 kHz св. 20 до 100 kHz св. 100 до 300 kHz св. 300 kHz до 1 MHz от 1 V до 10 V от 40 Hz до 20 kHz св. 20 до 100 kHz	0,48 mV/V + 17 µV 0,73 mV/V + 35 µV 2,4 mV/V + 53 µV 0,32 mV/V + 0,12 mV 1,3 mV/V + 0,47 mV 12 mV/V + 24 mV 25 mV/V + 47 mV 0,32 mV/V + 1,2 mV 1,3 mV/V + 4,7 mV	DT-CP-02:2023

AKKREDITATSIYADAN O‘TKAZISH SOHASI

“DAVTEST” mas’uyliyati cheklangan jamiyati

DAVLAT REYESTR RAQAMI: O‘ZAK.KL.0023

Akkreditatsiyadan o‘tkazish sohasining **2024-yil 29-yanvardagi 01-sonli** tahriri.

KALIBRLASH LABORATORIYASI

Akkreditatsiya standarti: O‘z DSt ISO/IEC 17025:2019

№ t/r	Pozitziya kodi	O‘lchash turi kodi	O‘lchanadigan kattalik/Kalibrlash obyekti	Kalibrlash va o‘lchash imkoniyatlari		Kalibrlash usullarini (metodikasini) o‘rnatuvchi hujjatlar belgilanishi
				O‘lchash ko‘lami	Kengaytirilgan noaniqlik U (k=2)	
				св. 100 до 300 kHz св. 300 kHz до 1 MHz от 10 до 100 V от 40 Hz до 20 kHz св. 20 до 100 kHz св. 100 до 300 kHz св. 300 kHz до 1 MHz от 100 V до 1000 V от 40 Hz до 2 kHz св. 2 до 20 kHz св. 20 до 100 kHz	12 mV/V + 0,24 V 25 mV/V + 0,47 V 0,32 mV/V + 12 mV 1,3 mV/V + 47 mV 12 mV/V + 0,24 V 25 mV/V + 4,7 V 0,38 mV/V + 0,52 V 0,77 mV/V + 0,28 V 2,7 mV/V + 0,52 V	
4.	10	KL.7.02	Переменный ток / Калибраторы, другие источники тока	от 1 µA до 100 µA от 10 Hz до 5 kHz от 100 µA до 1 mA от 10 Hz до 5 kHz от 1 до 10 mA от 10 Hz до 5 kHz от 10 до 100 mA от 10 Hz до 5 kHz от 100 mA до 1 A от 10 Hz до 1 kHz св. 1 kHz до 5 kHz	0,47 mA/A + 24 nA 0,47 mA/A + 0,24 µA 0,47 mA/A + 2,4 µA 0,47 mA/A + 24 µA 0,83 mA/A + 0,47 mA 2,2 mA/A + 0,94 mA	DT-CP-02:2023
5.	11	KL.7.03	Сопротивление постоянного тока / Калибраторы, другие источники	от 1 до 10 Ω св. 10 до 100 Ω	38 µΩ/Ω + 46 µΩ 20 µΩ/Ω + 0,12 mΩ	DT-CP-02:2023

AKKREDITATSIYADAN O‘TKAZISH SOHASI

“DAVTEST” mas’uyliyati cheklangan jamiyati

DAVLAT REYESTR RAQAMI: O‘ZAK.KL.0023

Akkreditatsiyadan o‘tkazish sohasining **2024-yil 29-yanvardagi 01-sonli** tahriri.

KALIBRLASH LABORATORIYASI

Akkreditatsiya standarti: O‘z DSt ISO/IEC 17025:2019

№ t/r	Pozitziya kodi	O‘lchash turi kodi	O‘lchanadigan kattalik/Kalibrlash obyekti	Kalibrlash va o‘lchash imkoniyatlari		Kalibrlash usullarini (metodikasini) o‘rnatuvchi hujjatlar belgilanishi
				O‘lchash ko‘lami	Kengaytirilgan noaniqlik U (k=2)	
			сопротивление постоянного тока	св. 100 Ω до 1 kΩ св. 1 до 10 kΩ св. 10 до 100 kΩ св. 100 kΩ до 1 MΩ св. 1 до 10 MΩ св. 10 до 100 MΩ св. 100 MΩ до 1 GΩ	19 μΩ/Ω + 1,2 mΩ 18 μΩ/Ω + 12 mΩ 23 μΩ/Ω + 0,12 Ω 41 μΩ/Ω + 2,3 Ω 72 μΩ/Ω + 0,12 kΩ 0,62 mΩ/Ω + 12,1 kΩ 3,9 mΩ/Ω + 1,2 MΩ	
6.	2	KL.7.01	Напряжение постоянного тока / Мультиметры, другие измерители напряжения	от 0,1 mV до 100 mV св. 100 mV до 1 V св. 1 до 10 V св. 10 до 100 V св. 100 до 1000 V	12 μV/V + 0,7 μV 8,1 μV/V + 1,2 μV 5,2 μV/V + 3,8 μV 8,1 μV/V + 60 μV 10 μV/V + 0,6 mV	DT-CP-01:2023
7.	12	KL.7.01	Постоянный ток / Мультиметры, другие измерители тока	от 1 μA до 100 μA св. 100 μA до 1 mA св. 1 до 10 mA св. 10 до 100 mA св. 100 mA до 1 A св. 1 до 2 A	0,13 mA/A + 2,6 nA 55 μA/A + 15 nA 55 μA/A + 0,15 μA 55 μA/A + 1,5 μA 0,14 mA/A + 25 μA 0,21 mA/A + 0,29 mA	DT-CP-01:2023
8.	13	KL.7.02	Напряжение переменного тока / Мультиметры, другие измерители напряжения	от 1 mV до 10 mV от 10 до 31 Hz св. 31 до 330 Hz св. 330 Hz до 10 kHz св. 10 до 33 kHz св. 33 до 100 kHz св. 100 до 330 kHz св. 330 kHz до 1 MHz от 10 до 100 mV от 10 до 31 Hz св. 31 до 330 Hz	 0,18 mV/V + 7,6 μV 0,12 mV/V + 7,6 μV 0,11 mV/V + 7,6 μV 0,28 mV/V + 7,6 μV 0,77 mV/V + 7,6 μV 1,7 mV/V + 8,3 μV 2,9 mV/V + 19 μV 0,18 mV/V + 12 μV 0,12 mV/V + 12 μV	DT-CP-01:2023

AKKREDITATSIYADAN O‘TKAZISH SOHASI

“DAVTEST” mas’uyliyati cheklangan jamiyati

DAVLAT REYESTR RAQAMI: O‘ZAK.KL.0023

Akkreditatsiyadan o‘tkazish sohasining **2024-yil 29-yanvardagi 01-sonli** tahriri.

KALIBRLASH LABORATORIYASI

Akkreditatsiya standarti: O‘z DSt ISO/IEC 17025:2019

№ t/r	Pozitziya kodi	O‘lchash turi kodi	O‘lchanadigan kattalik/Kalibrlash obyekti	Kalibrlash va o‘lchash imkoniyatlari		Kalibrlash usullarini (metodikasini) o‘rnatuvchi hujjatlar belgilanishi
				O‘lchash ko‘lami	Kengaytirilgan noaniqlik U (k=2)	
				св. 330 Hz до 10 kHz св. 10 до 33 kHz св. 33 до 100 kHz св. 100 до 330 kHz св. 330 kHz до 1 MHz от 100 mV до 1 V от 10 до 31 Hz св. 31 до 330 Hz св. 330 Hz до 33 kHz св. 33 до 100 kHz св. 100 до 330 kHz св. 330 kHz до 1 MHz от 1 V до 10 V от 10 до 31 Hz св. 31 до 330 Hz св. 330 Hz до 33 kHz св. 33 до 100 kHz св. 100 до 330 kHz св. 330 kHz до 1 MHz от 10 V до 100 V от 10 до 31 Hz св. 31 до 330 Hz св. 330 Hz до 10 kHz св. 10 до 33 kHz св. 33 до 100 kHz от 100 V до 1000 V от 10 до 330 Hz	0,11 mV/V + 12 µV 0,28 mV/V + 12 µV 0,77 mV/V + 12 µV 1,7 mV/V + 19 µV 2,9 mV/V + 0,13 mV 0,13 mV/V + 35 µV 83 µV/V + 35 µV 71 µV/V + 35 µV 0,15 mV/V + 35 µV 0,41 mV/V + 35 µV 2,1 mV/V + 0,47 mV 0,13 mV/V + 0,35 mV 83 µV/V + 0,35 mV 71 µV/V + 0,35 mV 0,15 mV/V + 0,35 mV 0,41 mV/V + 0,35 mV 2,1 mV/V + 0,47 mV 0,14 mV/V + 3,5 mV 94 µV/V + 3,5 mV 83 µV/V + 1,2 mV 94 µV/V + 2,4 mV 0,20 mV/V + 3,5 mV	

AKKREDITATSIYADAN O‘TKAZISH SOHASI

“DAVTEST” mas’uyliyati cheklangan jamiyati

DAVLAT REYESTR RAQAMI: O‘ZAK.KL.0023

Akkreditatsiyadan o‘tkazish sohasining **2024-yil 29-yanvardagi 01-sonli** tahriri.

KALIBRLASH LABORATORIYASI

Akkreditatsiya standarti: O‘z DSt ISO/IEC 17025:2019

№ t/r	Pozitziya kodi	O‘lchash turi kodi	O‘lchanadigan kattalik/Kalibrlash obyekti	Kalibrlash va o‘lchash imkoniyatlari		Kalibrlash usullarini (metodikasini) o‘rnatuvchi hujjatlar belgilanishi
				O‘lchash ko‘lami	Kengaytirilgan noaniqlik U (k=2)	
				св. 330 до 3,3 kHz св. 3,3 до 10 kHz св. 10 до 33 kHz	0,20 mV/V + 24 mV 0,15 mV/V + 24 mV 0,15 mV/V + 24 mV 0,22 mV/V + 24 mV	
9.	14	KL.7.02	Переменный ток / мультиметры, другие измерители тока	от 1 µA до 100 µA от 10 Hz до 1 kHz св. 1 до 5 kHz от 100 µA до 1 mA от 10 Hz до 1 kHz св. 1 до 5 kHz от 1 mA до 10 mA от 10 Hz до 1 kHz св. 1 до 5 kHz от 10 mA до 100 mA от 10 Hz до 1 kHz св. 1 до 5 kHz от 100 mA до 1 A от 10 Hz до 1 kHz св. 1 до 5 kHz от 1 до 2 A от 10 Hz до 1 kHz от 1 до 5 kHz	0,30 mA/A + 12 nA 0,47 mA/A + 17 nA 0,24 mA/A + 0,12 µA 0,35 mA/A + 0,12 µA 0,24 mA/A + 1,2 µA 0,35 mA/A + 1,2 µA 0,24 mA/A + 12 µA 0,35 mA/A + 12 µA 0,47 mA/A + 0,12 mA 0,65 mA/A + 0,17 mA 0,6 mA/A + 1,5 mA 1,1 mA/A + 1,9 mA	DT-CP-01:2023
10.	15	KL.7.03	Сопротивление постоянного тока / Мультиметры, другие	от 1 до 10 Ω св. 10 Ω до 10 kΩ	41 µΩ/Ω 16 µΩ/Ω	DT-CP-01:2023

AKKREDITATSIYADAN O‘TKAZISH SOHASI

“DAVTEST” mas’uyliyati cheklangan jamiyati

DAVLAT REYESTR RAQAMI: O‘ZAK.KL.0023

Akkreditatsiyadan o‘tkazish sohasining **2024-yil 29-yanvardagi 01-sonli** tahriri.

KALIBRLASH LABORATORIYASI

Akkreditatsiya standarti: O‘z DSt ISO/IEC 17025:2019

№ t/r	Pozitziya kodi	O‘lchash turi kodi	O‘lchanadigan kattalik/Kalibrlash obyekti	Kalibrlash va o‘lchash imkoniyatlari		Kalibrlash usullarini (metodikasini) o‘rnatuvchi hujjatlar belgilanishi
				O‘lchash ko‘lami	Kengaytirilgan noaniqlik U (k=2)	
			измерители сопротивление постоянного тока	св. 10 до 100 kΩ св. 100 kΩ до 1 MΩ св. 1 до 10 MΩ св. 10 до 100 MΩ	19 μΩ/Ω 43 μΩ/Ω 82 μΩ/Ω 151 μΩ/Ω	
11.	3	KL.17.01	Положительное избыточное давление / Калибраторы давления, манометры с цифровой и аналоговой индикацией	(пневматика) $1{,}0\cdot10^{6}$ Pa ≤ p ≤ $1{,}2\cdot10^{7}$ Pa (гидравлика) $1{,}0\cdot10^{7}$ Pa ≤ p ≤ $1{,}2\cdot10^{8}$ Pa	$(23{,}6+8{,}0\cdot10^{-5}\cdot p)$ Pa $(1{,}5\cdot10^{2}+9{,}4\cdot10^{-5}\cdot p)$ Pa где p – измереннное давление в паскалях, Pa	EURAMET Calibration Guide No. 17 (DT-CP-04:2023)
12.	4	KL.17.01	Абсолютное давление / Калибраторы давления, манометры с цифровой и аналоговой индикацией	(пневматика) $9{,}5\cdot10^{4}$ Pa ≤ p ≤ $1{,}21\cdot10^{7}$ Pa	$(52{,}4+8{,}0\cdot10^{-5}\cdot p)$ Pa где p – измереннное давление в паскалях, Pa	EURAMET Calibration Guide No. 17 (DT-CP-04:2023)
13.	5	KL.19.01	Температура / Термометры сопротивления, Термопреобразователи, индикаторы	от минус 40 °C до 250 °C	0,12 °C	DKD-R 5-1 (DT-CP-06:2023)
14.	6	KL.19.02	Температура / Термометры жидкостные стеклянные	от минус 40 °C до 250 °C	0,16 °C	PTB-Testing Instructions Volume 2 (DT-CP-05:2023)

Akkreditatsiyadan o‘tkazish sohasining yakuni